

AESKULISA[®]

THE DIAGNOSTIC TOOL THAT WORKS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AESKULISA[®] SARS-CoV-2 NP IgA / IgG / IgM

Ref 6121 / 6122 / 6123



Actualizaciones	
Versión actual	V.002 del 29/06/2020
Versión anterior	V.001 del 29/05/2020
Modificaciones en el capítulo	1; 4; 9.1; 9.7; 10
Motivo de las modificaciones	Expansión con detección de IgM



AESKU.DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG
Mikroforum Ring 2
55234 Wendelsheim, Germany
Tel: +49-6734-9622-0
Fax: +49-6734-9622-2222
Info@aesku.com
www.aesku.com

Índice

1	Finalidad prevista.....	3
2	Relevancia para el diagnóstico	3
3	Principio del ensayo <i>AESKULISA</i> ®	4
4	Antígenos	4
5	Componentes de <i>AESKULISA</i> ®	4
6	Materiales necesarios adicionales	5
7	Almacenaje y caducidad	5
8	Ejecución de <i>AESKULISA</i> ®.....	6
8.1	Indicaciones generales	6
8.2	Preparación de los reactivos.....	6
8.2.1	Tiras de microtitulación (listas para el uso)	6
8.2.2	Calibradores (listos para el uso)	6
8.2.3	Controles (listos para el uso)	7
8.2.4	Tampón de dilución de muestras (5x conc.).....	7
8.2.5	Solución de lavado (50x conc.).....	7
8.2.6	Conjugado de POD anti IgA, IgG o IgM humanos (listo para el uso).....	7
8.2.7	Sustrato (listo para el uso)	7
8.2.8	Solución de parada (lista para el uso).....	7
8.3	Preparación de muestras.....	8
8.3.1	Material de las muestras.....	8
8.3.2	Dilución de muestras	8
8.3.3	Absorción de factor reumatoide con <i>AESKULISA</i> ® IgM	8
8.3.4	Conservación de las muestras.....	8
8.4	Ejecución.....	9
8.4.1	Esquema de pipeteo.....	9
8.4.2	Curso del ensayo.....	9
8.5	Ejecución en el uso automático	11
9	Valoración de <i>AESKULISA</i> ®	11
9.1	Estandarización	11
9.2	Valoración cuantitativa.....	11
9.3	Rango límite	11
9.4	Rangos de medición	11
9.5	Valoración cualitativa	12
9.6	Criterios de validez	12
9.7	Interpretación de los resultados	12
10	Características de rendimiento de <i>AESKULISA</i> ®	13
10.1	Sensibilidad y especificidad analíticas	13
10.2	Sensibilidad y especificidad	13
10.3	Valores previstos	14
10.4	Precisión.....	14
11	Indicaciones de seguridad	15
11.1	Advertencias y precauciones	15
11.2	Eliminación	16
12	Referencias bibliográficas.....	16

1 Finalidad prevista

Los inmunoensayos *AESKULISA*® SARS-CoV-2 NP IgA, IgG e IgM son ensayos cualitativos y cuantitativos para la detección de anticuerpos IgA, IgG e IgM humanos en el suero o en el plasma contra proteína de la nucleocápside de SARS-CoV-2. *AESKULISA*® SARS-CoV-2 NP IgM e IgA se utilizan para ayudar a detectar infecciones agudas. *AESKULISA*® SARS-CoV-2 NP IgG permite confirmar el contacto con un agente patógeno y ayuda a determinar el estado inmunitario.

2 Relevancia para el diagnóstico

El SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo coronavirus 2) es un coronavirus patógeno humano asociado al SARS y el agente patógeno de la COVID-19 (enfermedad del coronavirus 2019). Este virus de 120 a 160 nm tiene una envoltura vírica en la que se integran varias proteínas de membrana, como la proteína Spike glicosilada (S), la proteína Envelope (E) y la proteína Matrix (M). Dentro del virus hay una cápside, que se genera a partir de la proteína de la nucleocápside (N) y que forma complejos con el ARNm⁺. La proteína Spike (S) se puede dividir en los dominios S1 y S2. El dominio S1 transmite la unión al receptor superficial ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) de la célula huésped, mientras que el dominio S2 respalda la fusión del virus con la membrana celular.

La transmisión de persona a persona se produce principalmente por vía aérea. En principio, también puede producirse una infección a través de superficies contaminadas. El período de incubación suele ser entre cinco y seis días, pero puede durar hasta 14 días. Se puede infectar a otras personas durante el período de incubación, aunque no se presenten síntomas.

El curso de la enfermedad es inespecífico, diverso y puede variar mucho. Además de las infecciones sin síntomas clínicos, se han descrito cuadros predominantemente leves a moderados con síntomas similares a los de la gripe y tos seca. La enfermedad se manifiesta en la mayoría de los pacientes con fiebre, dolor de garganta, dolores corporales y de cabeza y neumonía leve. En algunos casos, se han descrito cuadros severos de disnea. Puede desarrollarse una neumonía sumamente grave, que puede llegar a ser mortal, en particular en pacientes de alto riesgo con enfermedades previas o en personas mayores de 60 años. Si el cuadro de la enfermedad es leve, los síntomas generalmente desaparecen en dos semanas. Los cuadros graves pueden durar de tres a seis semanas.

Dado que los síntomas clínicos de una enfermedad por COVID-19 son muy variados, el diagnóstico en laboratorio es de gran importancia. Para este fin, se ofrecen ambos métodos de detección directa e indirecta. En los primeros días después de la infección, el método predilecto es la detección directa de patógenos mediante RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en muestras extraídas del esputo, las secreciones traqueales, el lavado broncoalveolar (BAL) o los hisopos nasofaríngeos. La detección indirecta de patógenos mediante la determinación serológica de anticuerpos IgA o IgG sirve de complemento a la detección directa y respalda el diagnóstico de COVID-19 en el curso de la infección. La detección de anticuerpos también se usa para determinar el estado de inmunidad, identificar a personas que ya han estado en contacto con el patógeno y recopilar datos epidemiológicos.

3 Principio del ensayo **AESKULISA®**

AESKULISA® (*AESKU Enzyme Linked Immunosorbent Assay*) es un procedimiento inmunológico acreditado especialmente para la detección de anticuerpos. La reacción de detección se basa en la interacción específica de anticuerpos y antígenos. Con esta finalidad, las tiras de ensayo de las placas de microtitulación de **AESKULISA®** están recubiertas con antígenos específicos de agentes patógenos infecciosos para la unión con los anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Otros anticuerpos secundarios marcados con peroxidasa detectan los inmunocomplejos que se forman de este modo. La enzima cataliza una reacción en la que un sustrato incoloro se transforma en un producto de color. La potencia de señal del producto de la reacción es proporcional a la actividad de anticuerpos en la muestra y se detecta mediante fotometría.

4 Antígenos

La detección de anticuerpos con **AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA, IgG e IgM** se basa en el uso de la proteína de nucleocápside de SARS-CoV-2.

5 Componentes de **AESKULISA®**

Componentes del ensayo	Color de la solución	Color de la tapa	Número/volumen
Tiras de microtitulación divisibles [MP] cada una con ocho cavidades individuales recubiertas (en total 96), 1 marco de ensayo. El material de recubrimiento específico para el ensayo está desactivado.	-	-	12 unidades
Calibradores A-D [CAL] (listos para el uso) Suero humano o anticuerpos quiméricos en una solución proteica (BSA); teñido; conservante ProClin. Las actividades de los anticuerpos de los calibradores se indican en sus etiquetas y en el certificado de control de calidad de AESKULISA® .	amarillo*	blanco	4 x 1,5 ml
Control positivo [CON +] (listo para el uso) Suero humano o anticuerpos quiméricos en una solución proteica (BSA); teñido; conservante ProClin.	amarillo*	rojo	1 x 1,5 ml
Control negativo [CON -] (listo para el uso) Suero humano o anticuerpos quiméricos en una solución proteica (BSA); teñido; conservante ProClin.	amarillo*	verde	1 x 1,5 ml
Tampón de dilución de muestras [SB 5x] , 5x conc. Solución proteica (BSA); teñida; conservante < 0,1 % azida de sodio. El tampón de muestra para los inmunoensayos AESKULISA® IgM contiene absorbente de Rf.	IgG, IgA: amarillo IgM: verde	blanco	1 x 20 ml
Tampón de lavado [WASHB 50x] , 50x conc. Solución con Tween 20; teñida; conservante ProClin.	verde	blanco	1 x 20 ml

Conjugado anti IgA, IgG o IgM humanos CONJ (listo para el uso) Anticuerpos policlonales dirigidos contra IgA, IgG o IgM humanos conjugados con peroxidasa de rábano, estabilizados en una solución proteica (BSA); teñidos; conservante ProClin.	IgA: rojo IgG: azul IgM: verde	IgA: rojo IgG: azul IgM: verde	1 x 15 ml
Sustrato SUB (listo para el uso) TMB/H ₂ O ₂ estabilizado	incoloro	negro	1 x 15 ml
Solución de parada STOP (lista para el uso) 1 M de ácido clorhídrico (HCl)	incoloro	blanco	1 x 15 ml
Certificado de control de calidad	-	-	1 unidades
Instrucciones de uso	-	-	1 unidades

* La intensidad del color aumenta con la actividad de los anticuerpos.

6 Materiales necesarios adicionales

- Equipo de laboratorio habitual con material de vidrio (cilindros 100-1000 ml), probetas para diluciones, agitador tipo vórtex, micropipetas (10, 100, 200, 500, 1000 µl) o multipipeta ajustable (100-1000 µl)
- Fotómetro espectral para placas de microtitulación con filtro, longitud de onda de 450 nm, longitud de onda de referencia recomendada en un rango de 600-690 nm (por ejemplo, 620 nm)
- Mecanismo de lavado para placas de microtitulación (multipipeta 300 µl, pipeta de canales múltiples o sistema de lavado automático)
- Papel de filtro
- Agua destilada
Nuestros inmunoensayos *AESKULISA*® se han desarrollado para el uso con agua purificada (*purified water*) según la definición de la Farmacopea de Estados Unidos (USP 26-NF 21) y de la Farmacopea Europea (Eur. Ph. 4.^a ed.).

7 Almacenaje y caducidad

Las tiras de microtitulación siempre deben conservarse cerradas en la lámina de embalaje con la bolsa antihumedad. Con un almacenamiento adecuado en los envases originales y a temperaturas de 2-8 °C/35-46 °F, los reactivos y las placas de microtitulación también se conservan hasta la fecha de caducidad indicada una vez abiertos. Las soluciones diluidas pueden conservarse durante cuatro semanas a 2-8 °C/35-46 °F.

8 Ejecución de Aeskulisa®

8.1 Indicaciones generales

El cumplimiento preciso de las instrucciones de uso garantiza unos resultados de ensayo correctos. Para el uso adecuado de los inmunoensayos Aeskulisa® solo deben utilizarse los reactivos Aeskulisa®. Estos no deben intercambiarse por reactivos de otros fabricantes.

Las placas de microtitulación, los calibradores, los controles y los conjugados de los inmunoensayos Aeskulisa® se utilizan dentro de un ensayo o lote específicos y no se pueden utilizar en otros lotes. Las valoraciones de los calibradores y los controles se indican en el certificado de control de calidad de los inmunoensayos Aeskulisa®. La solución de lavado, la solución de sustrato y la solución de parada pueden combinarse con todos los inmunoensayos Aeskulisa® independientemente del ensayo y el lote.

El tampón de dilución de muestras de los inmunoensayos Aeskulisa® IgA e IgG puede utilizarse con todos los inmunoensayos Aeskulisa® IgA e IgG (REF 6xxx) independientemente del ensayo y el lote. El tampón de dilución de muestras de los inmunoensayos Aeskulisa® IgM contiene absorbente de Rf y puede utilizarse con todos los inmunoensayos Aeskulisa® IgM para la serología infecciosa (REF 6xxx) independientemente del ensayo y el lote.

Para evitar la contaminación, siempre deben utilizarse técnicas asépticas para la extracción de los reactivos. Las soluciones de conjugado y sustrato no deben pipetarse nunca con una punta contaminada con otros reactivos. La reproducibilidad de los resultados depende, entre otros, de la homogeneización exhaustiva de los reactivos. Por este motivo, las diluciones de reactivos y muestras deben mezclarse bien antes del uso. Una dilución inadecuada puede producir una pérdida de la sensibilidad de detección.

Asimismo, debe utilizarse una técnica de pipeteado precisa y deben respetarse los tiempos y temperaturas de incubación indicados. Un lavado correcto evita las inespecificidades del ensayo.

Durante el almacenaje y la incubación, los reactivos deben protegerse de fuentes de luz intensa. Nunca deben exponerse a temperaturas superiores a 37 °C/99 °F. Después del uso, los reactivos deben volver a cerrarse bien para evitar que se sequen o se contaminen. Al cerrar los frascos debe tenerse la precaución de no confundir las tapas.

Los inmunoensayos Aeskulisa® solo pueden evaluarse si se cumplen los criterios de validez.

8.2 Preparación de los reactivos

Antes de iniciar el ensayo, todos los componentes y la placa de microtitulación deben alcanzar la temperatura ambiente (20-25 °C/68-77 °F). Los reactivos líquidos deben mezclarse bien. Para la dilución del concentrado de tampón solo deben utilizarse frascos de vidrio limpios.

8.2.1 Tiras de microtitulación (listas para el uso)

Las tiras de microtitulación incluyen una abreviatura del antígeno con el que están recubiertas.

8.2.2 Calibradores (listos para el uso)

Los calibradores CAL A–CAL D están listos para el uso y no deben diluirse. En cada ejecución del ensayo, independientemente del número de tiras de ensayo utilizadas, deben incluirse calibradores.

8.2.3 Controles (listos para el uso)

Los controles positivos CON+ y los controles negativos CON– están listos para el uso y no deben diluirse. En cada ejecución del ensayo, independientemente del número de tiras de ensayo utilizadas, deben incluirse controles.

En función de las reglamentaciones nacionales, los laboratorios también pueden validar y utilizar otros controles propios.

8.2.4 Tampón de dilución de muestras (5x conc.)

El tampón de muestra concentrado debe diluirse con agua destilada en una proporción de 1:5 (por ejemplo, 20 ml + 80 ml) antes del uso. El tampón de muestra de los inmunoensayos AESKULISA® IgM contiene absorbente de Rf.

8.2.5 Solución de lavado (50x conc.)

La solución de lavado concentrada debe diluirse con agua destilada en una proporción de 1:50 (por ejemplo, 20 ml + 980 ml) antes del uso.

8.2.6 Conjugado de POD anti IgA, IgG o IgM humanos (listo para el uso)

El conjugado está listo para el uso.

8.2.7 Sustrato (listo para el uso)

El sustrato TMB debe pipetarse siempre con pipetas a estrenar para evitar las contaminaciones. No exponer la solución de sustrato a fuentes de luz intensas.

8.2.8 Solución de parada (lista para el uso)

La solución de parada está lista para el uso.

8.3 Preparación de muestras

8.3.1 Material de las muestras

Se recomienda utilizar muestras de plasma EDTA o de suero frescas. No deben utilizarse muestras ictericas, lipémicas, hemolíticas o con contaminación bacteriana. Determinadas muestras deben centrifugarse (< 1000 x g) y debe retirarse el sobrenadante para un uso posterior. Las muestras no deben desactivarse térmicamente.

8.3.2 Dilución de muestras

Las muestras de pacientes deben diluirse en una proporción de 1:101 (por ejemplo, 10 µl + 1000 µl) con 1x de tampón de muestra y mezclarse bien.

8.3.3 Absorción de factor reumatoide con AESKULISA® IgM

Los factores reumatoides (Rf) son principalmente anticuerpos de clase IgM que se unen preferiblemente a complejos inmunitarios de IgG. La detección de anticuerpos IgM específica para el agente patógeno puede arrojar resultados positivos falsos debido a estos factores reumatoides. Además, los anticuerpos IgM específicos para el agente patógeno y de unión más débil pueden ser sustituidos por anticuerpos IgG de unión más fuerte. Por ello, la detección de IgM puede resultar en un falso negativo. Por este motivo, el tampón de muestra de los inmunoensayos AESKULISA® IgM contiene un absorbente de Rf especial. La absorción de Rf se efectúa mediante la dilución de la muestra del paciente en 1x tampón de muestra de los inmunoensayos AESKULISA® IgM y la incubación posterior durante **al menos 15 minutos a temperatura ambiente**.

8.3.4 Conservación de las muestras

Las muestras de los pacientes deben utilizarse en un plazo de 8 horas y no conservarse durante más de 48 horas a una temperatura de 2-8 °C/35-46 °F. Es posible conservar las muestras durante más tiempo a una temperatura de ≤ -20 °C/-4 °F. Debe evitarse congelar y descongelar las muestras más de una vez.

8.4 Ejecución

8.4.1 Esquema de pipeteo




En función del uso cuantitativo o cualitativo previsto de los inmunoensayos Aeskulisa® se recomienda el esquema de pipeteo siguiente:









	Uso cuantitativo					Uso cualitativo			
	1	2	3	4		1	2	3	4
A	CAL A	P3			A	CON-	P5		
B	CAL B	P4			B	CAL B	P6		
C	CAL C	P5			C	CAL B	...		
D	CAL D	P6			D	CON+			
E	CON-	...			E	P1			
F	CON+				F	P2			
G	P1				G	P3			
H	P2				H	P4			
	CAL A	Calibrador A				CON-	Controles negativos		
	CAL B	Calibrador B				CAL B	Controles de corte		
	CAL C	Calibrador C				CON+	Controles positivos		
	CAL D	Calibrador D							
	CON-	Controles negativos							
	CON+	Controles positivos							

8.4.2 Curso del ensayo

El número necesario de cavidades debe establecerse en el marco del ensayo e indicarse en la hoja de protocolo.

Para el procesamiento manual se recomienda el uso a temperatura ambiente.

Paso de trabajo	Símbolo	Descripción
1. Adición de calibradores, controles y muestras diluidas		Adición de 100 µl respectivamente de calibradores, controles y muestras diluidas listos para el uso por cavidad.
2. Incubación de muestras		Incubación durante 30 +/- 3 minutos a 20-32 °C/68-89 °F.
3. 3 x lavados		Aspirar el líquido de las cavidades; llenar cada cavidad con 300 µl de solución de lavado una vez, aspirar la solución de lavado y repetir el procedimiento 2 veces más; golpear suavemente la placa.

<p>4. Adición de conjugado</p>		<p>Adición de 100 µl de solución de conjugado lista para usar por cavidad.</p>
<p>5. Incubación del conjugado</p>		<p>Incubación durante 30 +/- 3 minutos a 20-32 °C/68-89 °F.</p>
<p>6. 3 x lavados</p>		<p>Aspirar el líquido de las cavidades; llenar cada cavidad con 300 µl de solución de lavado una vez, aspirar la solución de lavado y repetir el procedimiento 2 veces más; golpear suavemente la placa.</p>
<p>7. Adición de sustrato</p>		<p>Adición de 100 µl de solución de sustrato lista para usar por cavidad.</p>
<p>8. Incubación del sustrato</p>		<p>Incubación durante 30 +/- 3 minutos a 20-32 °C/68-89 °F, mantener alejado de las fuentes de luz intensa.</p>
<p>9. Adición de solución de parada</p>		<p>Adición de 100 µl de solución de parada lista para usar por cavidad en el orden de adición del sustrato.</p>
<p>10. Incubación</p>		<p>Opcional: incubación durante 5 minutos.</p>
<p>11. Mezcla</p>		<p>Agitar la placa con precaución durante 5 segundos.</p>
<p>12. Análisis</p>		<p>Medir la densidad óptica en un plazo de 30 minutos a 450 nm en relación con una longitud de onda de referencia recomendada de 620 nm.</p>

8.5 Ejecución en el uso automático

El procesamiento automático de los inmunoensayos *AESKULISA*® se efectúa de forma análoga al manual. Debe seguirse el curso de ensayo indicado. Los inmunoensayos *AESKULISA*® se evalúan en cuanto al uso con Triturus® y SQII; los archivos del ensayo correspondientes están disponibles previa solicitud. Para el procesamiento automático de los inmunoensayos *AESKULISA*® en otros dispositivos se recomienda la evaluación de los archivos de ensayo por parte del proveedor del kit de ensayo en colaboración con el proveedor del instrumento. El usuario debe validar posteriormente el procesamiento automático correcto de los inmunoensayos *AESKULISA*®.

9 Valoración de *AESKULISA*®

9.1 Estandarización

Los inmunoensayos *AESKULISA*® SARS-CoV-2 NP IgA, IgG e IgM se calibran con sueros de referencia internos. Los resultados cuantitativos se expresan en U/ml.

9.2 Valoración cuantitativa

Fundamentalmente se recomienda la valoración cuantitativa de los inmunoensayos *AESKULISA*®. Para generar la curva estándar se aplican las señales de medición ópticas (densidad óptica, DO) de los calibradores respecto a su actividad de anticuerpos (en UI/ml o U/ml). Las actividades de los anticuerpos de los calibradores se indican en el certificado de control de calidad específico del lote de *AESKULISA*®. Se recomiendan una representación log/lin y un ajuste logístico de 4 parámetros (4 PL) para la valoración. Mediante la curva generada, a partir de las señales de medición ópticas de las muestras se obtiene la actividad de anticuerpos correspondiente.

9.3 Rango límite

El rango límite de los inmunoensayos *AESKULISA*® se indica en el certificado de control de calidad y señala el rango de resultados límite de medición. La valoración de una muestra del paciente por debajo del rango límite establece un resultado de ensayo negativo; la valoración de una muestra del paciente por encima del rango límite se interpreta como un resultado de ensayo positivo. Debido a las diferentes prevalencias séricas y programas de vacunación en cada país, se recomienda verificar y adaptar, si corresponde, el rango límite mediante análisis propios.

9.4 Rangos de medición

El rango de medición de los inmunoensayos *AESKULISA*® se indica en el certificado de control de calidad. En el marco de los estudios de valoración del rendimiento se demostró la linealidad de la dilución de las muestras, así como una elevada precisión y reproducibilidad de los resultados de medición en este rango. Las muestras que arrojan resultados por encima del rango de medición deben valorarse como > máx. Las muestras que arrojan resultados por debajo del rango de medición deben valorarse como < mín. Si las muestras de los pacientes alcanzan valores de medición por encima del rango de medición, pueden volverse a analizar con una mayor dilución. Para la cuantificación deben multiplicarse las actividades de los anticuerpos obtenidas por el factor de dilución adicional.

9.5 Valoración cualitativa

La valoración cualitativa con los inmunoensayos *AESKULISA*® se realiza mediante la comparación de la densidad óptica (DO) de la muestra del paciente con la densidad óptica media del calibrador B aplicado doblemente (calibrador de corte CAL B). Si la densidad óptica de la muestra del paciente se sitúa en un rango de +/- 20 % del promedio de densidad óptica del calibrador de corte CAL B, esta se considerará como límite. En caso de que la DO sea más elevada, la muestra del paciente se considerará positiva, y en caso de que la DO sea más baja, se considerará negativa.

9.6 Criterios de validez

Para que un ensayo sea válido deben cumplirse los criterios de validez siguientes:

- DO CAL A < 0,3
- DO CAL A < DO CAL B < DO CAL C < DO CAL D
- DO CAL D > 1,3
- Los controles negativos deben valorarse de forma negativa.
- Los controles positivos no deben valorarse de forma negativa.
- Para el uso cuantitativo de los inmunoensayos *AESKULISA*® los controles positivos deben encontrarse en el período de validez que está indicado en el certificado de control de calidad específico del lote de *AESKULISA*®.
- Para el uso cualitativo de los inmunoensayos *AESKULISA*® los valores de DO del calibrador de corte B (CAL B) aplicado doblemente no deben diferir entre sí en más de un 20 %.

En caso de que estos criterios no se cumplan, el ensayo no será válido y deberá repetirse.

En caso de que un ensayo no sea válido, deberán revisarse la caducidad de los reactivos (listos para usar), las condiciones de almacenamiento, los tiempos y temperaturas de incubación, las pipetas, el módulo de lavado, incl. los ciclos de lavado, el fotómetro y otros dispositivos utilizados. En caso de que no exista un motivo para la invalidez del ensayo o para otros resultados divergentes, póngase en contacto con el proveedor o fabricante del kit de ensayo.

9.7 Interpretación de los resultados

Un resultado positivo en el inmunoensayo *AESKULISA*® confirma la presencia de anticuerpos específicos. Un resultado negativo muestra que en la muestra del paciente no existe una actividad de anticuerpos clínicamente relevante contra el agente patógeno; no obstante, no descarta una infección reciente. En el caso de un resultado límite, no es posible valorar con seguridad la muestra del paciente. En ese caso, el ensayo debe repetirse en paralelo con una nueva muestra sérica (muestras de suero pareadas) en un plazo de entre una y dos semanas.

Una infección primaria va acompañada normalmente de la generación de anticuerpos IgM, IgA e IgG. Unas semanas después de una infección, la actividad de los anticuerpos IgM e IgA vuelve a disminuir, mientras que la actividad de la IgG persiste durante un periodo significativamente más largo.

No se pueden descartar las reacciones cruzadas de los anticuerpos con otros coronavirus, especialmente con el SARS-CoV-1 y dificultan la interpretación de los resultados de las pruebas serológicas.

Esquema de interpretación básico de los resultados serológicos

Actividad de IgM	Actividad de IgA	Actividad de IgG	Valoración
negativa	negativa	negativa	No se ha detectado ningún anticuerpo específico. En caso de sospecha fundada, se recomienda realizar otro ensayo en un plazo de entre una y dos semanas.
positiva	positiva	positiva	Indicios de una infección aguda. Se recomienda realizar análisis adicionales para la confirmación.
negativa	negativa	positiva	Indicios de una infección/latencia pasada.

La interpretación de los resultados solo puede efectuarse en relación con el cuadro clínico. El diagnóstico no debe basarse exclusivamente en los resultados del ensayo realizado; deberá emitirse siempre teniendo en cuenta todos los hallazgos clínicos y analíticos médicos. Deberán efectuarse análisis adicionales para la confirmación.

10 Características de rendimiento de AESKULISA®

10.1 Sensibilidad y especificidad analíticas

La sensibilidad analítica de los inmunoensayos AESKULISA® se calculó mediante múltiples análisis de muestras negativas.

	Sensibilidad analítica
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA	1,16 U/ml
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgG	1,12 U/ml
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgM	1,16 U/ml

La especificidad analítica de los inmunoensayos AESKULISA® se analizó mediante la adición de sustancias potencialmente interferentes en las muestras y la determinación de su influencia en los resultados de medición. No se pudo determinar una influencia significativa de la hemoglobina (hasta 800 mg/dl), la bilirrubina (hasta 20 mg/dl), el conjugado de bilirrubina (hasta 20 mg/dl) y los triglicéridos (hasta 3000 mg/dl) en los resultados de medición.

10.2 Sensibilidad y especificidad

Para calcular la sensibilidad del inmunoensayo AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgG (IgA / IgM) se analizaron 65 (62 / 28) sueros de pacientes con sospecha clínica de infección por SARS-CoV-2 y detección de anticuerpos IgG (IgA / IgM) positiva. La determinación de la especificidad se realizó mediante el análisis de 87 (74 / 182) sueros de donantes de sangre no seleccionados con detección de anticuerpos IgG (IgA / IgM) negativa. Los resultados del inmunoensayo AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgG (IgA / IgM) se compararon con el inmunoensayo de SARS-CoV-2 IgG (IgA / IgM) de un competidor europeo.

	Sensibilidad	Especificidad
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA	98,3 %	> 99 %
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgG	95,2 %	> 99 %
AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgM	95,7 %	> 99 %

Para el cálculo de la sensibilidad y la especificidad no se tuvieron en cuenta los resultados considerados como límite.

10.3 Valores previstos

El análisis de sueros de donantes de sangre no seleccionados con **AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA, IgG e IgM** presentó la distribución siguiente:

AESKULISA®	Número de muestras	negativa	límite	positiva
SARS-CoV-2 NP IgA	100	99 (99,0 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)
SARS-CoV-2 NP IgG	100	99 (99,0 %)	1 (1,0 %)	0 (0,0 %)
SARS-CoV-2 NP IgM	100	98 (98,0 %)	2 (2,0 %)	0 (0,0 %)

10.4 Precisión

Para el cálculo de la precisión y la reproducibilidad de los resultados de medición con **AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA, IgG e IgM**, se determinaron la varianza intraensayo e interensayo, así como entre lotes, con varias muestras con diferente actividad de anticuerpos.

AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA

Muestra	Extinción (DO)	Actividad de IgA	CV intraensayo (U/ml)	CV interensayo (U/ml)	CV entre lotes (U/ml)
Suero 1	0,483	9,5 U/ml	4,4 %	12,8 %	12,8 %
Suero 2	0,933	22,9 U/ml	3,4 %	5,9 %	8,6 %
Suero 3	1,175	34,1 U/ml	2,4 %	4,3 %	9,8 %
Suero 4	1,350	42,9 U/ml	2,2 %	4,5 %	7,8 %
Suero 5	2,144	118,6 U/ml	5,5 %	11,3 %	9,0 %

AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgG

Muestra	Extinción (DO)	Actividad de IgG	CV intraensayo (U/ml)	CV interensayo (U/ml)	CV entre lotes (U/ml)
Suero 1	0,479	5,8 U/ml	3,3 %	3,7 %	6,2 %
Suero 2	0,704	10,0 U/ml	2,8 %	3,7 %	9,7 %
Suero 3	0,942	16,1 U/ml	3,0 %	4,9 %	9,0 %
Suero 4	1,371	33,1 U/ml	3,5 %	7,1 %	14,1 %
Suero 5	1,810	70,8 U/ml	4,6 %	6,1 %	8,6 %

AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgM

Muestra	Extinción (DO)	Actividad de IgM	CV intraensayo (U/ml)	CV interensayo (U/ml)	CV entre lotes (U/ml)
Suero 1	0,275	4,5 U/ml	3,7 %	5,2 %	9,1 %
Suero 2	0,423	7,7 U/ml	2,9 %	4,5 %	9,1 %
Suero 3	0,730	16,0 U/ml	3,8 %	6,1 %	5,0 %
Suero 4	1,433	45,3 U/ml	4,4 %	5,7 %	7,5 %
Suero 5	1,803	73,0 U/ml	4,1 %	15,5 %	6,6 %

11 Indicaciones de seguridad

11.1 Advertencias y precauciones

Los inmunoensayos Aeskulisa® están destinados exclusivamente al diagnóstico *in vitro* y al uso por parte de personal especializado que domine las técnicas de trabajo a la perfección. La manipulación de los reactivos de ensayo y las muestras del paciente se rige por las normas reconocidas de buenas prácticas de laboratorio. En caso de que el producto esté dañado o de que la información del producto, incluido el etiquetado, sea errónea o esté incompleta, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor del kit de ensayo.

No pipetear con la boca. En las zonas en las que se trabaja con reactivos de ensayo o muestras de pacientes no se deben ingerir alimentos o bebidas ni fumar. Al manejar reactivos de ensayo y muestras de pacientes debe evitarse el contacto directo mediante el uso de una bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección. A continuación, lavarse bien las manos.

El producto contiene diluciones de sueros humanos. Aunque se analizaron todos los sueros utilizados y dieron resultados negativos para anticuerpos anti-VIH 1 y 2, HBsAg (antígeno de superficie del virus de la hepatitis B) y anticuerpos anti-VHC, deben considerarse potencialmente infecciosos. El producto también incluye componentes de origen animal. Respetar las normativas nacionales relativas a la manipulación de estos materiales.

Algunos componentes del kit contienen reactivos potencialmente peligrosos que pueden provocar irritación de los ojos y la piel.

Algunos componentes contienen azida de sodio (NaN₃) como conservante. La azida de sodio puede tener efecto tóxico si se ingiere o se absorbe a través de la piel o los ojos. La azida de sodio puede formar azidas metálicas altamente explosivas en combinación con tubos de plomo o cobre. Para evitar la concentración de azida, aclarar con agua abundante al desechar estas soluciones.

Los calibradores y controles, así como las muestras de los pacientes, deben considerarse sustancias potencialmente infecciosas y manejarse de conformidad con las directrices nacionales. Las muestras de los pacientes y todos los materiales potencialmente infecciosos deberán descontaminarse después de realizar el ensayo.

Los reactivos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

11.2 Eliminación

Para la descontaminación y eliminación, deben seguirse las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), así como las disposiciones legales locales y nacionales vigentes correspondientes.

12 Referencias bibliográficas

Acter, T., Uddin, N., Das, J., Akhter, A., Choudhury, T.R., Kim, S. (2020) Evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) as coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: A global health emergency. *Sci. Total Environ.* 730, 138996.

Guo, L. *et al.* (2020) Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). *Clin. Infect. Dis.* doi: 10.1093/cid/ciaa310.

Lai, C.C., Shih, T.P., Ko, W.C., Tang, H.J., Hsueh, P.R. (2020) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. *Int. J. Antimicrob. Agents.* 55, 105924

Simboli sulle etichette / Symbols on labels / Symboles sur étiquettes / Símbolos sobre las etiquetas / Symbole auf den Etiketten / Σύμβολα στις ετικέτες / Símbolos nos rótulos

IVD

Diagnosi in vitro, For in vitro diagnostic use, Pour diagnostic in vitro, Para uso diagnóstico in vitro, In Vitro Diagnostikum, In Vitro Διαγνωστικό μέσο, Para uso Diagnóstico in vitro

REF

Numero d'ordine, Catalogue number, Référence Catalogue, Número de catálogo, Bestellnummer, Αριθμός παραγγελίας, Número de catálogo

LOT

Descrizione lotto, Lot, Lot, Lote, Chargen Bezeichnung, Χαρακτηρισμός παρτίδας, Lote

CE

Conformità europea, EC Declaration of Conformity, Déclaration CE de Conformité, Declaración CE de Conformidad, Europäische Konformität, Ευρωπαϊκή συμφωνία, Declaração CE de Conformidade

Σ
96

96 determinazioni, 96 tests, 96 tests, 96 pruebas, 96 Bestimmungen, 96 προσδιορισμοί, 96 Testes

i

Rispettare le istruzioni per l'uso, See instructions for use, Voir les instructions d'utilisation, Ver las instrucciones de uso, Gebrauchsanweisung beachten, Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης, Ver as instruções de uso



Da utilizzarsi entro, Use by, Utilise avant le, Utilizar antes de, Verwendbar bis, Χρήση μέχρι, Utilizar antes de



Conservare a 2-8°C, Store at 2-8°C (35-46°F), Conserver à 2-8°C, Conservar a 2-8 °C, Lagerung bei 2-8°C, Φυλάσσεται στους 2-8°C, Conservar entre 2-8°C



Prodotto da, Manufactured by, Fabriqué par, Fabricado por, Hergestellt von, Κατασκευάζεται από, Fabricado por

CO-CAL

Calibratore cut-off, Cut off Calibrator, Etalon Seuil, Calibrador de cut-off, Grenzwert Kalibrator, Οριακός ορός Αντιδραστήριο αθμονόμησης, Calibrador de cut-off

CON+

Controllo positivo, Positive Control, Contrôle Positif, Control positivo, Positiv Kontroll, Θετικός ορός ελέγχου, Controllo positivo

CON-

Controllo negativo, Negative Control, Contrôle Négatif, Control negativo, Negativ Kontrolle, Αρνητικός ορός ελέγχου, Controllo negativo

CAL

Calibratore, Calibrator, Etalon, Calibrador, Kalibrator, Αντιδραστήριο βαθμονόμησης, Calibrador

RC

Recupero, Recovery, Corrélation, Recuperación, Wiederfindung, Ανάκτηση, Recuperação

CONJ

Coniugato, Conjugate, Conjugé, Conjugado, Konjugat, Σύζευγμα, Conjugado,

MP

Micropiastra rivestita, Coated microtiter plate, Microplaque sensibilisée, Microplaca recubierta, Beschichtete Mikrotiterplatte, Επικαλυμμένη μικροπλάκα, Microplaca revestida

WASHB

Tampone di lavaggio, Wash buffer, Tampon de Lavage, Tampón de lavado, Waschruffer, Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης, Solução de lavagem

SUB

Tampone substrato, Substrate buffer, Substrat, Tampón sustrato, Substratpuffer, Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος, Substrato

STOP

Reagente bloccante, Stop solution, Solution d'Arrêt, Solución de parada, Stopreagenz, Αντιδραστήριο διακοπής αντίδρασης, Solução de paragem

SB

Tampone campione, Sample buffer, Tampon Echantillons, Tampón de muestra, Probenpuffer, Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων, Diluente de amostra